



CONTROLES BIOLÓGICOS MENSUALES

SEPTIEMBRE 2020

ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM

STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
01-09-20	1A	1152	CONTROL DIARIO	6AL1010920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
01-09-20	1B	1127	CONTROL DIARIO	6BL1010920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
01-09-20	1R	1097	CONTROL DIARIO	6RL1010920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
01-09-20	1O	1114	CONTROL DIARIO	6OL1010920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
01-09-20	ETO	1075	CONTROL DIARIO	3OE3010920	NEGATIVO	JENNIFER V
02-09-20	1A	1153	CONTROL DIARIO	2AL1020920	NEGATIVO	YERKO VERA
02-09-20	1R	1098	CONTROL DIARIO	2RL1020920	NEGATIVO	YERKO VERA
02-09-20	1B	1128	CONTROL DIARIO	2BL1020920	NEGATIVO	YERKO VERA
02-09-20	1O	1115	CONTROL DIARIO	2OL1020920	NEGATIVO	YERKO VERA
03-09-20	1A	1154	CONTROL DIARIO	3AL1030920	NEGATIVO	JENNIFER V
03-09-20	1B	1129	CONTROL DIARIO	3BL1030920	NEGATIVO	JENNIFER V
03-09-20	1R	1099	CONTROL DIARIO	3RL1030920	NEGATIVO	JENNIFER V
03-09-20	1O	1116	CONTROL DIARIO	3OL1030920	NEGATIVO	JENNIFER V
04-09-20	1A	1155	CONTROL DIARIO	6AL1040920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
04-09-20	1B	1130	CONTROL DIARIO	6BL1040920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
04-09-20	1R	1100	CONTROL DIARIO	6RL1040920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
04-09-20	1O	1117	CONTROL DIARIO	6OL1040920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
05-09-20	1R	1101	CONTROL DIARIO	2RL1050920	NEGATIVO	YERKO VERA
05-09-20	1O	1118	CONTROL DIARIO	2OL1050920	NEGATIVO	YERKO VERA
05-09-20	1A	1156	CONTROL DIARIO	2AL1050920	NEGATIVO	YERKO VERA
05-09-20	1B	1131	CONTROL DIARIO	2BL1050920	NEGATIVO	YERKO VERA
07-0920	1A	1157	CONTROL DIARIO	6AL1070920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
07-0920	1B	1132	CONTROL DIARIO	6BL1070920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
07-0920	1R	1102	CONTROL DIARIO	6RL1070920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
07-0920	1O	1119	CONTROL DIARIO	6OL1070920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
08-09-20	1R	1103	CONTROL DIARIO	2RL1080920	NEGATIVO	YERKO VERA
08-09-20	1B	1133	CONTROL DIARIO	2BL1080920	NEGATIVO	YERKO VERA
08-09-20	1O	1120	CONTROL DIARIO	2OL1080920	NEGATIVO	YERKO VERA
08-09-20	1A	1158	CONTROL DIARIO	2AL1080920	NEGATIVO	YERKO VERA
09-09-20	1A	1159	CONTROL DIARIO	3AL1090920	NEGATIVO	JENNIFER V
09-09-20	1B	1134	CONTROL DIARIO	3BL1090920	NEGATIVO	JENNIFER V
09-09-20	1R	1104	CONTROL DIARIO	3RL1090920	NEGATIVO	JENNIFER V
09-09-20	1O	1121	CONTROL DIARIO	3OL1090920	NEGATIVO	JENNIFER V
10-09-20	1A	1160	CONTROL DIARIO	6AL1100920	NEGATIVO	ALEJANDRO H



CONTROLES BIOLÓGICOS MENSUALES
SEPTIEMBRE 2020
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
10-09-20	1B	1135	CONTROL DIARIO	6BL1100920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
10-09-20	1R	1105	CONTROL DIARIO	6RL1100920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
10-09-20	1O	1122	CONTROL DIARIO	6OL1100920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
11-09-20	1R	1106	CONTROL DIARIO	2RL1110920	NEGATIVO	YERKO VERA
11-09-20	1A	1161	CONTROL DIARIO	2AL1110920	NEGATIVO	YERKO VERA
11-09-20	1B	1136	CONTROL DIARIO	2BL1110920	NEGATIVO	YERKO VERA
11-09-20	1O	1123	CONTROL DIARIO	2OL1110920	NEGATIVO	YERKO VERA
12-09-20	1R	1107	CONTROL DIARIO	3RL1120920	NEGATIVO	JENNIFER V
12-09-20	1A	1162	CONTROL DIARIO	3AL1120920	NEGATIVO	JENNIFER V
12-09-20	1B	1137	CONTROL DIARIO	3BL1120920	NEGATIVO	JENNIFER V
12-09-20	1O	1124	CONTROL DIARIO	3OL1120920	NEGATIVO	JENNIFER V
14-09-20	1O	1125	CONTROL DIARIO	2OL1140920	NEGATIVO	YERKO VERA
14-09-20	1R	1108	CONTROL DIARIO	2RL1140920	NEGATIVO	YERKO VERA
14-09-20	1A	1163	CONTROL DIARIO	2AL1140920	NEGATIVO	YERKO VERA
14-09-20	1B	1138	CONTROL DIARIO	2BL1140920	NEGATIVO	YERKO VERA
15-09-20	1A	1164	CONTROL DIARIO	3AL1150920	NEGATIVO	JENNIFER V
15-09-20	1B	1139	CONTROL DIARIO	3BL1150920	NEGATIVO	JENNIFER V
15-09-20	1R	1109	CONTROL DIARIO	3RL1150920	NEGATIVO	JENNIFER V
15-09-20	1O	1126	CONTROL DIARIO	3OL1150920	NEGATIVO	JENNIFER V
16-09-20	1A	1165	CONTROL DIARIO	6AL1160920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
16-09-20	1B	1140	CONTROL DIARIO	6BL1160920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
16-09-20	1O	1127	CONTROL DIARIO	6OL1160920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
16-09-20	1R	1110	CONTROL DIARIO	6RL1160920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
17-09-20	1A	1166	CONTROL DIARIO	6AL1170920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
17-09-20	1B	1141	CONTROL DIARIO	6BL1170920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
17-09-20	1R	1111	CONTROL DIARIO	6RL1170920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
17-09-20	1O	1128	CONTROL DIARIO	6OL1170920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
19-09-20	1A	1167	CONTROL DIARIO	3AL1190920	NEGATIVO	YERKO VERA
19-09-20	1B	1142	CONTROL DIARIO	3BL1190920	NEGATIVO	YERKO VERA
19-09-20	1R	1112	CONTROL DIARIO	3RL1190920	NEGATIVO	YERKO VERA
19-09-20	1O	1129	CONTROL DIARIO	3OL1190920	NEGATIVO	YERKO VERA
21-09-20	1A	1168	CONTROL DIARIO	3AL1210920	NEGATIVO	JENNIFER V
21-09-20	1B	1143	CONTROL DIARIO	3BL1210920	NEGATIVO	JENNIFER V
21-09-20	1R	1113	CONTROL DIARIO	3RL1210920	NEGATIVO	JENNIFER V



CONTROLES BIOLÓGICOS MENSUALES
SEPTIEMBRE 2020
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
21-09-20	1O	1130	CONTROL DIARIO	3OL1210920	NEGATIVO	JENNIFER V
22-09-20	1A	1169	CONTROL DIARIO	6AL1220920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
22-09-20	1B	1144	CONTROL DIARIO	6BL1220920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
22-09-20	1R	1114	CONTROL DIARIO	6RL1220920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
22-09-20	1O	1131	CONTROL DIARIO	6OL1220920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
23-09-20	1O	1132	CONTROL DIARIO	2OL1230920	NEGATIVO	YERKO VERA
23-09-20	1R	1115	CONTROL DIARIO	2RL1230920	NEGATIVO	YERKO VERA
23-09-20	1A	1170	CONTROL DIARIO	2AL1230920	NEGATIVO	YERKO VERA
23-09-20	1B	1145	CONTROL DIARIO	2BL1230920	NEGATIVO	YERKO VERA
23-09-20	ETO	1076	CONTROL DIARIO	3OE1230920	NEGATIVO	JENNIFER V
24-09-20	1A	1171	CONTROL DIARIO	3AL1240920	NEGATIVO	JENNIFER V
24-09-20	1B	1146	CONTROL DIARIO	3BL1240920	NEGATIVO	JENNIFER V
24-09-20	1R	1116	CONTROL DIARIO	3RL1240920	NEGATIVO	JENNIFER V
24-09-20	1O	1133	CONTROL DIARIO	3OL1240920	NEGATIVO	JENNIFER V
25-09-20	1A	1172	CONTROL DIARIO	6AL1250920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
25-09-20	1B	1147	CONTROL DIARIO	6BL1250920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
25-09-20	1R	1117	CONTROL DIARIO	6RL1250920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
25-09-20	1O	1134	CONTROL DIARIO	6OL1250920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
27-09-20	1O	1135	CONTROL DIARIO	3OL1270920	NEGATIVO	JENNIFER V
27-09-20	1R	1118	CONTROL DIARIO	3RL1270920	NEGATIVO	JENNIFER V
28-09-20	1A	1173	CONTROL DIARIO	6AL1280920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
28-09-20	1B	1148	CONTROL DIARIO	6BL1280920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
28-09-20	1R	1119	CONTROL DIARIO	6RL1280920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
28-09-20	1O	1136	CONTROL DIARIO	6OL1280920	NEGATIVO	ALEJANDRO H
28-09-20	ETO	1077	CONTROL DIARIO	3OE1280920	NEGATIVO	JENNIFER V
29-09-20	1O	1137	CONTROL DIARIO	2OL1290920	NEGATIVO	YERKO VERA
29-09-20	1R	1120	CONTROL DIARIO	2RL1290920	NEGATIVO	YERKO VERA
29-09-20	1A	1174	CONTROL DIARIO	2AL1290920	NEGATIVO	YERKO VERA
29-09-20	1B	1149	CONTROL DIARIO	2BL1290920	NEGATIVO	YERKO VERA
30-09-20	ETO	1078	CONTROL DIARIO	3OE1300920	NEGATIVO	JENNIFER V
30-09-20	1A	1075	CONTROL DIARIO	3AL1300920	NEGATIVO	JENNIFER V
30-09-20	1B	1150	CONTROL DIARIO	3BL1300920	NEGATIVO	JENNIFER V
30-09-20	1R	1121	CONTROL DIARIO	3RL1300920	NEGATIVO	JENNIFER V
30-09-20	1O	1138	CONTROL DIARIO	3OL1300920	NEGATIVO	JENNIFER V